


## 余姚市卫健系统单一来源采购申请表

申请单位名称 (盖章)	 余姚市中医医院	申请日期	2026 年 4 月 7 日
项目联系人	徐夏南	联系电话	15906509963
采购项目名称	尿液分析仪耗材	单一来源项目供 应商名称	宁波云启智国际贸易 有限公司
供应商联系人	毛高冲	手机号码	13586930565
项目预算金额	4.7 元/人份	单位内询价金额	4.4 元/人份
原配套项目简介	尿液分析系统，型号 US-1680，生产厂家桂林优利特医疗电子有限公司，启用时间 2025 年，设备为 2024 年超长期国债项目购买。配套耗材为配合设备使用，对尿液的化学指标和有形成分进行分析检测。		
申请理由及认证情况	我院于 2025 年使用超长期国债资金购买了一套尿液分析系统流水线，当时采购了设备，未采购配套耗材，根据检验科的工作需求，需采购配套的耗材。因设备为原厂封闭系统，其试纸条、尿液分析仪鞘液，尿液有形成分分析仪质控液等耗材为专机专用设定，与设备光学参数、检测程序、校准算法深度绑定，非原厂耗材无法匹配识别，容易导致加测误差，结果失控及设备故障，所以为满足医疗机构临床检验质量管理规范与室间质评要求，必须使用原厂配套耗材，杜绝交叉污染与系统兼容性风险，保障医疗安全。专家一致认为尿液分析系统耗材符合单一来源采购的条件，故申请单一来源采购。		
经办人签字	徐夏南	2026 年 4 月 16 日	
科室负责人签字	[Signature]	2026 年 4 月 16 日	
单位分管领导意见	[Signature]	2026 年 4 月 17 日	
单位负责人意见	[Signature]	2026 年 4 月 17 日	

注：此表上交时必须附上认证相关资料和《余姚市卫健系统单一来源采购备案表》

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李华兵
	职称: 高级经济师
	工作单位: 宁波市中级人民法院
项目信息	项目名称: 法院办公耗材
	供应商名称: 宁波云盾智印信息科技有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>根据招标文件《采购法院办公耗材》的要求, 此次采购的办公耗材的采购, 有效性, 而采用耗材与法院办公耗材采购的采购时为一体, 且此次法院办公耗材采购为各法院采用办公耗材, 耗材不再放, 故为此次采购的有效性, 此次采购的办公耗材, 而此次耗材宁波地区由宁波云盾智印代理, 故同意单一来源采购</p>
专业人员签字	<p>李华兵</p> <p>日期: 2026 年 4 月 16 日</p>
专家信息	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙陈磊	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 宁波大学附属第一医院	
项目信息	项目名称: 尿液分析仪耗材	
	供应商名称: 宁波云启智国际贸易有限公司	
专业人员论证意见	<p><u>(专业人员认证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯</u></p> <p><u>一供应商处采购的理由)</u></p> <p>项目所需货物需配套应用于          业主原有的一套尿液分析系统流水线          因该系统所使用的试剂耗材不对外          开放, 市场上不能找到相兼容的耗材。          为满足检验质控要求, 保证检测的          精确性, 保证医疗安全, 本项目采购          符合单一来源采购条件, 选择本地区          唯一总代理作为单一来源采购的          供应商。</p>	
专业人员签字	孙陈磊	日期: 2026年 9月 16日
专家信息		

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 周忠彦	
	职称: 高工	
	工作单位: 宁波市第六医院	
项目信息	项目名称: 尿液分析仪耗材.	
	供应商名称: 宁波云君智国际贸易有限公司.	
专业人员论证意见	<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>本项目为医院已配置的耗材优利特公司生产的尿液分析仪配套的试剂耗材。根据医院器械使用管理办法，需要按照注册证相关内容进行配置使用。久谦准备的登记有效。本次所报的药品目前只有耗材优利特拿到了承接权的授权商能提供。宁波云君智国际贸易有限公司为耗材优利特公司授权代理商。故建议采用单一来源方式进行本次采购。</p>	
专业人员签字	周忠彦	日期: 2026年4月16日
专家信息		

专家信息

姓名	工作单位	职称	联系电话	本人签字
周忠圣	宁波市第三医院	高工	18906627119	周忠圣
李华良	宁波市中西医结合医院	高工	13777971800	李华良
孙世明	宁波市鄞州医院	高级	13008940800	孙世明

项目联系人:

联系电话: