

余姚市卫健系统单一来源采购申请表



申请单位名称 (盖章)	余姚市中医医院	申请日期	2026 年 4 月 27 日
项目联系人	徐夏雨	联系电话	15906509963
采购项目名称	射频消融系统(射频等离子刀头)	单一来源项目供应商名称	杭州明琪贸易有限公司
供应商联系人	张云龙	手机号码	13958131693
项目预算金额	4600 元/套	单位内询价金额	4600 元/套
原配套项目简介	射频消融系统，型号 470-100-000，生产厂家史赛克医疗器械有限公司。射频消融系统（射频等离子刀头）是与该设备配套使用用于膝关节、肩关节、踝关节、肘关节、腕关节和髌关节手术。（刀头年使用量 90 个）		
申请理由及认证情况	我院于 2020 年购买了 1 套射频消融系统，用于关节镜手术中对于软组织的消融和凝血。射频等离子刀头为该设备的专用耗材，在关节镜下进行软组织的切除、消融、止血和滑膜清理，主机与刀头电气参数、接口协议、能量控制系统均为原厂专有技术，未对外开放接口标准。为确保治疗效果，保证设备的安全性，必须采用原厂生产的刀头，强行使用非原厂刀头会导致能量输出异常、消融精度失控、术中异常灼烧、设备报错甚至损坏主机。专家一致认为射频消融系统（射频等离子刀头）项目符合单一来源采购的条件，故申请单一来源采购。		
经办人签字	徐夏雨	2026 年 4 月 27 日	
科室负责人签字	张云龙	2026 年 5 月 11 日	
单位分管领导意见	张云龙	2026 年 5 月 14 日	
单位负责人意见	同意	2026 年 5 月 14 日	

注：此表上交时必须附上认证相关资料和《余姚市卫健系统单一来源采购备案表》

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙陈磊	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 宁波大学附属第一医院	
项目信息	项目名称: 射频消融系统(射频等离子刀头)	
	供应商名称: 杭州明琪贸易有限公司	
专业人员论证意见	<p><u>(专业人员认证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>项目所需耗材配套应用于业主现有的射频消融系统,为系统专用耗材,用于在关节镜下软组织切割切除、射频消融、止血等治疗,要求刀头与系统主机各输出参数精密匹配,以保证输出稳定、精确可控。本耗材为原厂封闭未开放耗材,目前市场上无兼容可替代产品。为保证最佳的医疗治疗目的,要求采购原厂耗材。本项目符合单一来源采购条件。杭州明琪贸易有限公司为本耗材在宁波的唯一合法代理商,推荐为单一来源供应商。</p>	
专业人员签字	孙陈磊	日期 2026年4月29日
专家信息		

单一来源采购方式专业人员论证意见

<p>专业人员信息</p>	<p>姓名: 李华良</p>
	<p>职称: 高级工程师</p>
	<p>工作单位: 宁波市中西医结合医院</p>
<p>项目信息</p>	<p>项目名称: 射频消融系统(等离子刀头)</p>
	<p>供应商名称: 杭州明璞贸易有限公司</p>
<p>专业人员论证意见</p>	<p>(专业人员认证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>射频等离子刀头是与射频消融系统(主机)配套使用的专用耗材,与主机系统的技术对接,射频输出功率控制等密切相关。根据《医疗器械注册管理办法》,为降低医疗器械使用的安全性,有效性,只有经过注册验证合格的产品才能配套使用。而原厂耗材是经过注册验证,且该耗材为原厂。故是射频消融系统原配耗材的。该耗材的宁波地区代理人为杭州明璞,故同意单一来源采购。</p>
<p>专业人员签字</p>	<p>李华良 日期 2026 年 4 月 29 日</p>
<p>专家信息</p>	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 周忠彦
	职称: 高工
	工作单位: 宁波市第六医院
项目信息	项目名称: 射频消融系统(射频等离子刀头)
	供应商名称: 杭州明理贸易有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员认证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>本项目为史赛克器械公司生产的射频消融系统的配套专用耗材。根据医疗器械使用管理办法,需按照注册证相关内容要求使用配套耗材。史赛克设备使用的耗材有效,该耗材目前只有史赛克丁家列丁家授权公司能提供,杭州明理贸易有限公司为史赛克公司授权供应商,故建议采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	周忠彦
	日期: 2026年4月29日
专家信息	

专家信息				
姓名	工作单位	职称	联系电话	本人签字
孙陈磊	宁波大学附属第一医院	高工	13008940855	孙陈磊
李峰良	宁波市中西医结合医院	高工	1577973902	李峰良
周忠良	宁波市第三医院	高工	1890662719	周忠良

项目联系人:

联系电话: